





みなさん、こんにちは! ごきげんいかがですか?

今年も残り1ヶ月! 転倒やけが、感染症には気をつけて過ごしていきましょう!

今月号は「待合室でのナースコール、止血バンドについて、抜針について」のテーマです!

待合室でのナースコール


待合室や更衣室などで緊急事態があった場合、倒れている人を発見した場合はスタッフを呼ぶか、ナースコールをお願いします。また、体重計前の扉は7:50に開くため、それよりも前の時間の場合はナースコールを活用してください。

ナースコールの場所

待合室①



更衣室



2Fの待合室にはナースコールがないため、2Fトイレのナースコールをご使用ください

待合室②



トイレ



止血バンドについて

みなさんが使われている止血バンドは伸びきっていないですか?

止血バンドが伸びきっているとうまく巻けず、止血不良、内出血につながります。定期的な買い替えをお願いします。

買い替え目安


- ・止血バンドのゴムが伸びきっている
- ・マジックテープがとまりにくい、ボロボロ
- ・当院で昔採用していた止血バンド(緑色)を使用している

止血バンドの購入は透析センター内または通販などがあります。透析センターで購入したい場合はスタッフにお申し付けください。

透析中の抜針について

○透析中に抜針が起きると

- ・血圧低下
- ・出血による貧血
- ・出血性ショック



○抜針リスク原因

- ・固定不足、ゆるみのない固定
- ・体動
- ・軟膏、汗によるテープの剥がれ

○注意していただきたいこと

- ・腕や手首を動かしすぎない
- ・起き上がることは基本NG

動きたいときは
声をかけてください!

○こんなときは教えてください!

- ・テープが剥がれた
- ・出血



基本の固定方法



ループ固定
(手で持たない固定方法)

○ご協力いただけたら嬉しいこと

- ・シャント肢側の布団は開けておいて
- ・月曜はベットから出さないで



布団にひっかけ防止、
シャント肢異常に
気づきやすくするため
ご協力お願いします!!